



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «КаВо Дентал Руссланд».

Место нахождения: 195112, Россия, город Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 64, литера В, помещение 26Н, основной государственный регистрационный номер 1027810294918

Телефон: +78123244212. Адрес электронной почты: kavo@kavodental.ru.

в лице Генерального директора Шавырина Андрея Александровича, действующего на основании Устава

заявляет, что Устройства стоматологические шлифовальные:

модели: K10, K11, K12, K-POWERgrip, ERGOgrip, K4 plus, K5 plus, K9.

Изготовитель: "КаВо Дентал ГмбХ", Германия, KaVo Dental GmbH,

Место нахождения: Германия, Bismarckring 39, 88400 Biberach, Germany.

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции:

Германия, KaVo Dental GmbH, Bismarckring 39, 88400 Biberach, Germany.

Германия, KaVo Dental GmbH, Bahnhofstraße 20, 88447 Warthausen, Germany.

Продукция изготовлена в соответствии с нормативной документацией изготовителя.

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 9018 49 900 0

Серийный выпуск

соответствует требованиям

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств".

Декларация о соответствии принята на основании

протокола испытаний № 0602-08-19 от 05.08.2019 года, Испытательный центр электрооборудования Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Ростовской области», рег. № RA.RU.21ME22.

Схема декларирования соответствия: 1д

Дополнительная информация

ГОСТ 30324.1.2-2012 «Изделия медицинские электрические. Часть 1-2. Общие требования безопасности. Электромагнитная совместимость. Требования и методы испытаний.», разделы 3 и 36, ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014 «Изделия медицинские электрические. Часть 1-2. Общие требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик. Параллельный стандарт.

Электромагнитная совместимость. Требования и испытания."

Условия хранения: температура от -20°C до +70°C, относительная влажность от 5% до 95%, без конденсации. Срок службы 10 лет.

Регистрационное удостоверение на медицинское изделие Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (РОСЗДРАВНАДЗОР) № РЗН 2015/2908 от 18.05.2021г.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 23.05.2026 включительно.



Шавырин Андрей Александрович

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-DE.PA01.B.87180/21

Дата регистрации декларации о соответствии: 24.05.2021