



СТОМАРТ
DENTAL SOLUTIONS



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 16 сентября 2021 года № РЗН 2021/15324

На медицинское изделие

Наконечники стоматологические воздушные с принадлежностями

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

"Наканиши Инк.", Япония,

Nakanishi Inc., 700 Shimohinata, Kanuma, Tochigi, 322-8666, Japan

Производитель

"Наканиши Инк.", Япония,

Nakanishi Inc., 700 Shimohinata, Kanuma, Tochigi, 322-8666, Japan

Место производства медицинского изделия

Nakanishi Inc., 700 Shimohinata, Kanuma, Tochigi, 322-8666, Japan

Номер регистрационного досье № РД-34989/50257 от 27.07.2020

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 32.50.11.190

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 16 сентября 2021 года № 8746
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0061518

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 сентября 2021 года № РЗН 2021/15324

Лист 1

На медицинское изделие

Наконечники стоматологические воздушные с принадлежностями:

I. Варианты исполнения:

1. Наконечники стоматологические серии Ti-Max Z, в составе:

1.1. Наконечники: Z900L, Z800L, Z900KL, Z800KL, Z900SL, Z800SL, Z900WL, Z800WL, Z900BL, Z800BL, Z900, Z800, Z900K, Z800K.

1.2. Мандрен для чистки.

1.3. Уплотнительные кольца в комплекте - 5 шт. для наконечников: Z900L, Z800L, Z900, Z800.

1.4. Насадка для смазки.

1.5. Инструкция.

2. Наконечники стоматологические серии Ti-Max X, в составе:

2.1. Наконечники: X450L, X450, X450KL, X450SL, X450WLED, X450BLED, X450M4.

2.2. Мандрен для чистки.

2.3. Уплотнительные кольца в комплекте - 5 шт. для наконечников: X450L, X450.

2.4. Насадка для смазки.

2.5. Инструкция.

3. Наконечники стоматологические серии S-Max M, в составе:

3.1. Наконечники: M500L, M600L, M500, M600, M500KL, M600KL, M500K, M600K, M500SL, M600SL, M500WLED, M600WLED, M500BLED, M600BLED.

3.2. Мандрен для чистки.

3.3. Уплотнительные кольца в комплекте - 5 шт. для наконечников: M500L, M600L, M500, M600.

3.4. Насадка для смазки.

3.5. Ключ для кнопки.

3.6. Инструкция.

4. Наконечники стоматологические серии Pana-Max2, в составе:

4.1. Наконечники: Pana-Max2 M4, Pana-Max2 B2, Pana-Max2 QD, Pana-Max2 KV, Pana-Max2 PTL, Pana-Max2R M4, Pana-Max2R B2.

4.2. Ключ для кнопки.

4.3. Ключ для извлечения бора к наконечникам: Pana-Max2R M4, Pana-Max2R B2.

4.4. Инструкция.

II. Принадлежности:

1. Картриджи к наконечникам, в вариантах исполнения: TIZ-MU03, TIZ-SU03, TIX45-SU03, SX-SU03, SX-MU03, PAX2-SU03, PAX2R-S03.

2. Кнопки к наконечникам, в вариантах исполнения: TIZ-MU04, TIZ-SU04, TIX45-SU04, SX-SU04, SX-MU04, PAX2-SU04, PAX2R-S04.

≡

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0091104