СТОМАРТ
DENTAL SOLUTIONS

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 17 апреля 2023 года № РЗН 2015/3099

На медицинское изделие
Облучатели ультрафиолетовые бактерицидные настенные ОБН-150-"КРОНТ" по ТУ 9451-051-11769436-2015

Настоящее регистрационное удостоверение выдано
Акционерное общество "КРОНТ-М" (АО "КРОНТ-М"), Россия, 141402, Московская область, г. Химки, ул. Спартаковская, д. 9, помещ. 1

Производитель
Акционерное общество "КРОНТ-М" (АО "КРОНТ-М"), Россия, 141402, Московская область, г. Химки, ул. Спартаковская, д. 9, помещ. 1

Место производства медицинского изделия
АО "КРОНТ-М", Россия, 601441, Владимирская область, Вязниковский р-н, МО г. Вязники (городское поселение), г. Вязники, ул. Благовещенская, д. 118

Номер регистрационного досье **№ РД-53333/97021 от 05.12.2022**

Класс потенциального риска применения медицинского изделия **1**

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности **32.50.50.190**

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 17 апреля 2023 года № 2396
допущено к обращению на территории Российской Федерации.
Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **Д.Ю. Павлюков**

0071153

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 17 апреля 2023 года № РЗН 2015/3099

На медицинское изделие
Облучатели ультрафиолетовые бактерицидные настенные ОБН-150-"КРОНТ" по ТУ 9451-051-11769436-2015, варианты исполнения:
- ОБН-150-1-(2х30)-«КРОНТ»;
- ОБН-150-1-(2х55)-«КРОНТ»;
- ОБН-150-С-(2х30)-«КРОНТ»;
- ОБН-150-С-(2х55)-«КРОНТ»;
- ОБН-150-СЭ-(2х30)-«КРОНТ»;
- ОБН-150-СЭ-(2х55)-«КРОНТ».

Состав:
1. Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный настенный ОБН-150-«КРОНТ» - 1 шт.
2. Ультрафиолетовая бактерицидная лампа:
- TUV 30W или LTC 30T8 или PURITEC HNS 30 W или ДБ 30М или TIBERA UVC30W G13, (при необходимости) - 2 шт.;
- TUV 55W или LTC 55 T8 или PURITEC HNS 55 W или ДБ 60М или TIBERA UVC55W G13, (при необходимости) - 2 шт.
3. Руководство по эксплуатации.
4. Дюбель/шуруп - 2/2.

Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **Д.Ю. Павлюков**

0117987