



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



СТОМАРТ
DENTAL SOLUTIONS

**Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВГОДЕНТ
ИНТЕРНЕШНЛ"**

Место нахождения: 356236, Россия, край Ставропольский, Шпаковский район, село Верхнерусское,
улица Батайская, Зд 24г, Офис 1, основной государственный регистрационный номер 1162651062529

Телефон: +78655333888 Адрес электронной почты: ved@novgodent.ru

в лице Управляющего - индивидуального предпринимателя Катунцева Игоря Николаевича
заявляет, что Приборы электрические: Ультразвуковая мойка, модели: COLLIN20, COLLIN 30,
COLLIN 60.

Изготовитель "NINGBO JIANGBEI WOSON MEDICAL INSTRUMENT CO.,LTD"

Место нахождения: Китай, No.25, Lane 300, Jinshan Road, Jiangbei District, Ningbo 315032, Zhejiang

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 8479899708

Серийный выпуск

соответствует требованиям

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

Декларация о соответствии принята на основании

протокола испытаний № Т20200826-009 от 26.08.2020 года Испытательной лаборатории Общества с
ограниченной ответственностью «Интера», аттестат аккредитации РОСС RU.31787.04ФРЕ06

Копия эксплуатационных документов, Перечень стандартов, указанных в ТР ТС 004/2011 «О
безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость
технических средств», требованиям которых должна соответствовать продукция

Схема декларирования соответствия: 1д

Дополнительная информация

ГОСТ 12.2.007.0-75 "Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие
требования безопасности", ГОСТ 30804.3.2-2013 "Совместимость технических средств
электромагнитная. Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с
потребляемым током не более 16 А (в одной фазе). Нормы и методы испытаний" разделы 5 и 7, ГОСТ
30804.3.3-2013 "Совместимость технических средств электромагнитная. Ограничение изменений
напряжения, колебаний напряжения и фликера в низковольтных системах электроснабжения общего
назначения. Технические средства с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе), подключаемые
к электрической сети при несоблюдении определенных условий подключения. Нормы и методы
испытаний" раздел 5. Условия хранения изделий в части воздействия климатических факторов внешней
среды по ГОСТ 15150-69. Назначенный срок годности и срок хранения указаны в прилагаемой к
продукции эксплуатационной документации.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 25.08.2025 включительно.



Катунцев Игорь Николаевич

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-CN.HB29.B.03195/20

Дата регистрации декларации о соответствии: 27.08.2020