СТОМАРТ
DENTAL SOLUTIONS

«Утверждаю»

Генеральный директор
ООО «НЬЮМЕД»

_____ Л.В. Шитова

РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Инструменты стоматологические многоповерхностного воздействия зажимные: микрометр, кронциркуль, цапки для белья, пинцеты, зажимы и иглодержатели хирургические.

2009 год

Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.ru

РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Инструменты стоматологические многоповерхностного воздействия зажимные: микрометр, кронциркуль, цапки для белья, пинцеты, зажимы и иглодержатели хирургические

Пожалуйста, подробно прочитайте это руководство по применению перед применением продукта.

1. Описание:
Инструменты стоматологические многоповерхностного воздействия зажимные включают: микрометр, кронциркуль, цапки для белья, пинцеты, зажимы и иглодержатели хирургические.

Все инструменты изготовлены из специальной хирургической нержавеющей стали. Подвергаются многократной дезинфекционной обработке – химической, термической, под давлением.

2. Область применения.

Применяются в хирургической стоматологии. Предназначены для проведения различных манипуляций в полости рта и вне её, а именно:
- Микрометр, кронциркуль служат для проведения всех необходимых измерений при имплантации и планировании ортопедических конструкций.
- Цапки для белья необходимы для фиксации белья при ограждении операционного поля.
- Пинцеты и зажимы необходимы для зажима, фиксации, переноса, переворачивания и прочих манипуляций с тканями организма и предметов не органического происхождения в полости рта и вне её.
- Иглодержатели хирургические применяются для удержания и проведения иглы хирургической через ткани организма.

3. Подготовка к стерилизации и стерилизация.

Перед стерилизацией инструменты, имеющие взаимно трущиеся поверхности должны быть смазаны. Никакие индустриальные масла не должны использоваться. Инструментарий должнен быть упакован поодиночке в соответствующую одноразовую упаковку или в наборы на специальных лотках из нержавсющей стали.
Более тяжелые инструменты должны располагаться в нижней части (на дне).
Инструменты нужно всегда стерилизовать в нерабочем (незафиксированном) положении.
Стерилизация в блокированном положении может вести к трещинам на инструментах.

При использовании химических дезинфицирующих средств необходимо строго придерживаться инструкции, указанной производителем!

Нужная концентрация раствора должна соответствовать инструкции.

Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.ru

Инструменты должны быть погружены в раствор только после полного растворения концентрата. Температура раствора должна быть не выше 25°С.

Обратите внимание на режим иммерсионного времени. Нельзя оставлять инструменты в растворе на более долгий срок, чем указано в инструкции (**не оставлять инструменты в растворе на ночь!**).

В случае ручной чистки не используйте твердые грубые поверхности или металлические щетки, т.к. может нарушиться поверхность инструмента, что приведет к увеличению риска ржавчины.

При использовании ультразвукового устройства очистки выбирайте соответствующий, неагрессивный режим и обратите внимание на продолжительность очистки.

Осторожно! Химикалии, содержащие кислоты, могут разрушить новые инструменты.

4. Хранение и срок годности.

Инструменты стоматологические зажимные не требуют специальных условий хранения и не имеют срока годности.

Генеральный директор

ООО «Ньюмед» Шитова

«14» 06 2009 года

Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.ru

Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
www.roszdravnadzor.ru